


IT - FUNZIONAMENTO STRUMENTO

Puntare semplicemente il RayTemp 2 Plus sull'obiettivo e premere il pulsante MEASURE (MISURA) per visualizzare la temperatura di superficie. Al rilascio del pulsante, la lettura rimane automaticamente per 30 secondi e compare 'HOLD' (TRATTIENI), dopo di che il termometro si spegne.

ZONA DI MISURAZIONE/DISTANZA TARGET

La zona di misurazione è proporzionale alla distanza tra il RayTemp e il target. Il RayTemp 2 Plus è dotato di lente 5:1. Se il target è a 10 cm, la zona di misurazione sarà di 2 cm.



MIN/MAX - La funzione Min/Max mostrerà il valore minimo e massimo delle letture prese in precedenza. Premere una volta il pulsante MIN/MAX per visualizzare la lettura massima, due volte per la minima. Premere ancora una volta MIN/MAX per uscire dalla modalità e continuare con il funzionamento normale.

EMISSIVITÀ - Il RayTemp 2 Plus è fornito di emissività variabile da 0,10 a 1,00 (default 0,95). Per visualizzare l'impostazione di emissività corrente, accendere lo strumento premendo il pulsante MEASURE (MISURA), quindi premere una volta il pulsante MODE (MODO). Ora è possibile utilizzare il pulsante MEASURE (MISURA) per aumentare il valore o il pulsante MIN/MAX per diminuire. La pressione prolungata di uno di questi pulsanti aumenterà/diminuirà il valore in incrementi di 0,1. Al termine premere cinque volte MODE (MODO) per uscire dal menu e tornare al funzionamento normale. Per informazioni sull'emissività di materiali specifici, visitare il nostro sito Internet etilt.com/emissivity.

Nota: I termometri senza contatto a raggi infrarossi non sono consigliati per misurare la temperatura di metalli lucidi o brillanti.

AMBIENTE - Per visualizzare la temperatura ambiente, accendere lo strumento premendo il pulsante MEASURE (MISURA), premere quindi due volte il pulsante MODE (MODO). Premere altre quattro volte MODE (MODO) per uscire dal menu e tornare al funzionamento normale. Il campo di funzionamento ambiente è compreso dai -20 ai 50 °C

°C/F - Per passare da °C a °F, accendere lo strumento premendo il pulsante MEASURE (MISURA), premere quindi tre volte il pulsante

MODE (MODO). Sul display apparirà 'CorF', premere il pulsante MEASURE (MISURA) per cambiare da °C a °F. Premere altre tre volte MODE (MODO) per uscire dal menu e tornare al funzionamento normale. Durante il funzionamento normale, nell'angolo in alto a destra dell'LCD sarà visualizzato °C o °F.

RISOLUZIONE - Per selezionare una risoluzione tra 1° e 0,1°, accendere lo strumento premendo il pulsante MEASURE (MISURA), premere quindi quattro volte il pulsante MODE (MODO) per visualizzare 1° o 0,1°. Premere il pulsante MEASURE (MISURA) per cambiare tra le risoluzioni e premere quindi due volte MODE (MODO) per uscire dal menu e tornare al funzionamento normale.

ROTAZIONE DELLO SCHERMO - Per selezionare la rotazione dello schermo LCD, accendere lo strumento premendo il pulsante MEASURE (MISURA), premere quindi cinque volte il pulsante MODE (MODO) finché non viene mostrato 'DISPLAY'. Utilizzare il pulsante MEASURE (MISURA) per scorrere e selezionare la rotazione. Premere una volta il pulsante MODE (MODO) per uscire dal menu e tornare al funzionamento normale.

RETROILLUMINAZIONE - Per passare alla retroilluminazione attivata o disattivata premere il pulsante MODE (MODO) mentre si prendono le misurazioni. La retroilluminazione terminerà dopo 15 secondi dall'ultima pressione del pulsante.

MESSAGGI DI ERRORE LCD - Se la temperatura ambiente scende al di sotto dei -20 °C o supera i 50°C, si visualizzerà 'Ambient Lo' (Ambiente bassa) o 'Ambient Hi' (Ambiente alta). Ciò continuerà finché la temperatura ambiente non ritorna alla temperatura di funzionamento. Si deve lasciar stabilizzare il termometro alla temperatura ambiente/di lavoro per un minimo di 30 minuti. 'Hi' (Alto) o 'Lo' (Basso) compaiono quando la temperatura rilevata fuoriesce dal campo di misurazione.


SOSTITUZIONE PILE - Sostituire le batterie quando compare l'icona 'bat'. Questo misuratore continuerà la misurazione accurata, ma dopo un utilizzo prolungato visualizzerà 'flat bat' (batteria scarica) e si spegnerà. Svitare la vite del coperchio batterie sulla parte posteriore del misuratore e sostituire le tre batterie AAA, assicurandosi che le polarità siano corrette.

IMMAGAZZINAGGIO & PULIZIA - La lente del sensore è la parte più delicata del termometro che dev'essere sempre mantenuta pulita. Prestare attenzione nel pulire la lente e usare solo uno straccio morbido umido o un batuffolo di cotone umido. Prima del riutilizzo, lasciar asciugare completamente la lente. Il termometro dev'essere conservato a una temperatura tra i -20 e i 60 °C.

PT - FUNCIONAMIENTO DO INSTRUMENTO

Apone o RayTemp 2 Plus para o alvo e pressione o botão MEASURE (MEDIR) para medir a temperatura da superfície. Quando o botão é solto a leitura é automaticamente mantida durante 30 segundos e é exibido 'HOLD' (SEGURAR), após o que o termômetro se desliga.

ZONA DE MEDICÃO/DISTÂNCIA DO ALVO - A zona de medição é proporcional à distância que o RayTemp está afastado do alvo. O RayTemp 2 Plus está equipado com uma lente 5:1. Se o alvo estiver a 10cm de distância, a zona de medição será de 2 cm de diâmetro.



MIN/MAX (MÍN/MÁX) - A função Máx./Mín. Exibe a leitura Máxima e Mínima das leituras anteriormente realizadas. Pressione o botão MAX/MIN uma vez para exibir a leitura máxima e duas vezes para exibir a leitura mínima. Pressione MAX/MIN mais uma vez para sair do modo e continuar o funcionamento normal.

EMISSIVIDADE - O RayTemp 2 Plus é fornecido com um valor de emissividade por defeito de 0,10 a 1,00 (defeito 0,95). Para exibir a configuração de emissividade atual, ligue o instrumento pressionando o botão MEASURE (MEDIR) e pressione o botão MODE (MODO) uma vez. Agora pode usar o botão MEASURE para aumentar o valor ou o botão MAX/MIN para diminuir. Manter pressionado qualquer um destes botões aumenta/diminui o valor em 0,1 passos. Quando terminar, pressione MODE cinco vezes para sair do menu e retornar à operação normal. Para obter informação relativa à emissividade de materiais específicos, consulte o nosso sítio Web: etilt.com/emissivity.

Atenção: Os termômetros infravermelhos sem contacto não são recomendados para uso na medição de temperatura em metais brilhantes ou polidos.

AMBIENTE - Para visualizar a temperatura ambiente, ligue o instrumento pressionando o botão MEASURE, em seguida, pressione o botão MODE duas vezes para exibir a temperatura ambiente. Pressione MODE mais quatro vezes para sair do menu e retornar à operação normal. O intervalo operacional do ambiente é entre -20 e 50 °C.

°C/F - Para alternar o termômetro entre °C e °F, primeiro ligue o instrumento pressionando o botão MEASURE, em seguida, pressione o

botão MODE três vezes. O visor exibe 'CorF', em seguida, pressione o botão MEASURE para mudar de °C para °F. Pressione MODE mais três vezes para sair do menu e retornar à operação normal. °C ou °F será exibido no canto superior direito do LCD quando está em funcionamento normal.

RESOLUÇÃO - Para selecionar entre uma resolução 1° ou 0,1°, primeiro ligue o instrumento pressionando o botão MEASURE, em seguida, pressione o botão MODE quatro vezes para exibir 1° ou 0,1°. Pressione o botão MEASURE para alternar entre as resoluções e pressione MODE duas vezes para para sair do menu e retornar à operação normal.

ROTAÇÃO DO ECRÃ - Para selecionar a rotação do LCD, primeiro ligue o instrumento pressionando o botão MEASURE e em seguida, pressione o botão MODE cinco vezes até exibir 'DISPLAY' (ecrã). Use o botão MEASURE para percorrer e selecionar a rotação. Pressione o botão MODE uma vez para sair do menu e retornar à operação normal.

RETROILUMINAÇÃO - Para ativar ou desativar a retroiluminação, pressione o botão MODE enquanto faz medições. A retroiluminação exibirá 15 segundos após o último botão ser pressionado.

MENSAGENS DE ERRO LCD - Se a temperatura ambiente descer abaixo dos -20 °C ou exceder os 50°C, será exibido um 'Ambient Lo' (Ambiente baixo) ou 'Ambient Hi' (Ambiente alto). Isto continuará até que a temperatura ambiente voltar à temperatura de funcionamento. Deve ser dado tempo até o termômetro (mínimo 30 minutos) estabilizar a temperatura de trabalho/sala. Será exibido 'Hi' ou 'Lo' quando a temperatura medida estiver fora da faixa de medição.


SUBSTITUIÇÃO DA PILHA - Deve substituir as pilhas quando o ícone de bateria 'bat' for exibido. Este medidor continuará a medir com precisão, mas após o uso posterior, o medidor exibirá 'flat bat' (bateria descarregada) e desligar-se-á. Desaperte o parafuso da tampa da bateria na parte de trás do medidor e substitua as três pilhas AAA, garantindo que as polaridades estejam corretas.

ARMAZENAGEM E LIMPEZA - A lente do sensor é a parte mais delicada do termômetro e deve ser sempre mantida limpa a todo o momento. Deve ser tomado cuidado ao limpar a lente, use apenas um pano macio ou um cotonete húmido. Deixe a lente secar completamente antes de a usar. O termômetro deve ser armazenado a uma temperatura entre -20 e 60 °C.

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Solo tiene que apuntar con el RayTemp 2 al objetivo y pulsar el botón MEASURE para medir la temperatura de la superficie. Cuando suelte el botón, la lectura de temperatura aparecerá automáticamente durante 30 segundos junto con la palabra 'HOLD', tiempo tras el cual el termómetro se apagará.

SUPERFICIE DE MEDIDA/DISTANCIA DEL OBJETIVO - La superficie de medida es proporcional a la distancia del RayTemp con respecto al objetivo. El RayTemp 2 Plus está equipado con una lente de 5:1. Si el objetivo está a 10 cm de distancia, la superficie de medida será de 2 cm de diámetro



MIN/MAX - La función Max/Min mostrará el valor máximo y mínimo de las lecturas realizadas anteriormente. Pulse el botón MAX/MIN una vez para obtener la lectura máxima y dos veces para mostrar la lectura mínima. Pulse MAX/MIN una vez más para salir de ese modo y continuar con el funcionamiento normal.

EMISIVIDAD - El RayTemp 2 Plus cuenta con una emisividad variable entre 0,10 y 1,00 (predeterminada a 0,95). Para visualizar la configuración de la emisividad presente, encienda el instrumento pulsando el botón MEASURE; a continuación pulse el botón MODE una vez. Ahora ya puede usar el botón MEASURE para aumentar el valor, o bien el botón MAX/MIN para reducirlo. Al mantener pulsado cualquiera de estos dos botones, el valor aumentará o disminuirá cada 0,1. Cuando haya terminado, pulse MODE cinco veces para salir del menú y volver al funcionamiento normal. Para más información sobre la emisividad de materiales específicos, por favor visite nuestra página web etilt.com/emissivity. **Aviso:** Los termómetros de infrarrojos sin contacto no se recomiendan para medir la temperatura de metales brillantes o pulidos.

TEMPERATURA AMBIENTE - Para ver la temperatura ambiente, encienda el instrumento pulsando el botón MEASURE y a continuación pulse el botón MODE dos veces para visualizar la temperatura ambiente. Pulse el botón de MODE cuatro veces más para salir del menú y volver al funcionamiento normal. El rango de la temperatura ambiente es de -20 a 50 °C

°C/F - alternar entre °C y °F, primero encienda el instrumento pulsando el botón MEASURE y a

continuación pulse MODE tres veces. Aparecerá 'CorF' en la pantalla. Ahora pulse el botón MEASURE para alternar entre °C y °F. Pulse MODE otras tres veces para salir del menú y volver al funcionamiento normal. Cuando esté en funcionamiento normal, aparecerá °C o °F en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

RESOLUCIÓN - Para elegir entre una resolución de 1° o de 0,1°, primero encienda el instrumento pulsando el botón MEASURE y a continuación pulse el botón MODE cuatro veces para que aparezca 1° o 0,1°. Pulse el botón MEASURE para alternar entre ambas resoluciones y, a continuación, pulse el botón MODE dos veces para salir del menú y volver al funcionamiento normal.

ROTACIÓN DE PANTALLA - Para seleccionar la rotación de la pantalla LCD, primero encienda el instrumento pulsando el botón MEASURE y a continuación pulse el botón MODE cinco veces hasta que aparezca 'DISPLAY'. Para desplazarse y seleccionar la rotación, utilice el botón MEASURE. Pulse el botón MODE una vez para salir del menú y volver al funcionamiento normal.

Luz de fondo - Para cambiar la luz de fondo de apagado a encendido o viceversa, pulse el botón MODE mientras toma las medidas. La luz de fondo se apagará 15 segundos después de la última vez que haya pulsado el botón.

MENSAJES DE ERROR EN LA PANTALLA LCD - Si la temperatura ambiente cae por debajo de -20 °C o supera los 50 °C, aparecerá 'Ambient Lo' (Ambiente Lo) o 'Ambient Hi' (Ambiente Hi) respectivamente en la pantalla. Esta indicación seguirá en la pantalla hasta que la temperatura ambiente vuelve a la temperatura de funcionamiento. Permita suficiente tiempo (30 minutos mínimo) para que el termómetro se establezca en la temperatura ambiente/de trabajo. Si la temperatura que se está midiendo está fuera del rango de medida, aparecerán las indicaciones 'Hi' o 'Lo' en la pantalla.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA - Hay que cambiar las pilas cuando aparezca el ícono 'bat'. El medidor continuará realizando una medición precisa pero después de un uso adicional, el medidor mostrará la señal 'flat bat' y se apagará. Desatornille el tornillo de la tapa de las pilas en la parte posterior del medidor y sustituya las tres pilas AAA, asegurándose que se colocan correctamente las polaridades.

ALMACENAMIENTO & LIMPIEZA - Las lentes del sensor son la parte más delicada del termómetro y deben estar limpias en todo momento. Limpie las lentes con mucho cuidado, utilizando exclusivamente un paño suave húmedo o un bastoncillo de algodón húmedo. Deje que las lentes se sequen por completo antes de volver a utilizar el instrumento. Almacene el termómetro a una temperatura entre -20 y 60 °C.