




PRO-SURFACE THERMAPEN[®] THERMOMETER




Användarmanual

INSTRUMENT ANVÄNDNING- Instrumentet slås på genom att fälla ut sonden tills displayen visar temperaturen. Enheten stängs av genom att vika tillbaka sonden i gummiållaren. Sonden bör inte roteras mer än 180 grader eftersom skada kommer att uppstå. Det rekommenderas att förvara sonden i stängt läge när den inte används. Applicera spetsen av sonden på ytan eller området som ska mätas. Sonden bör ges tillräckligt med tid för att stabilisera sig till temperaturen på föremålet som ska mätas.



INSTRUMENT KONFIGURATION - Detta instrument har fyra användarvalbara skjutreglage (switch bank), justerbara med ett gem, och en enkel tryckknapp "Trim Adjust" som finns under batteriluckan.



Switch 1 - Används ej

Switch 2 - Upplösning

För att ändra upplösningen från 0,1 °C (fabriksinställning) till 1 °C tryck bort strömbrytaren från batterierna.


Switch 3 - Auto-off

För att inaktivera automatisk avstängning (fabriksinställning - 10 minuter) tryck bort strömbrytaren från batterierna.

Switch 4 - Trimma avläsning För normal användning rekommenderar vi inte att du använder 'Trim Adjust'. För ytterligare information besök etiltd.com

RENGÖRING - Rengör instrumentet regelbundet med en antibakteriell sondservett för att undvika potentiell livsmedelsburen bakterietillväxt.

BATTERIBYTE - En batterisymbol indikerar att batterierna behöver bytas ut. Instrumentet fortsätter att mäta noggrant men vi rekommenderar att batterierna byts ut så snart som möjligt. För att byta batterier, ta bort batterilocket med ett mynt. Ta bort batterierna genom att dra batterihållarklämman bakåt samtidigt som du håller enheten upp och ner. Byt ut båda batterierna med den positiva sidan uppåt, sätt tillbaka locket.



ERROR MEDDELANDE- 'Lo' kommer att visas om du mäter under instrumentets räckvidd. 'Hi' kommer att visas om du mäter över instrumentets räckvidd. 'Err' kommer att visas om sonden utvecklar ett fel. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta vår serviceavdelning för ytterligare hjälp.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används inom en högfrekventa radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om de utsätts för en elektrostatisk stöt.

GARANTI - Detta instrument har två års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte för sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.

REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRBÄTTRA YTTEMPERATURMÄTNINGAR:

1. Ytavläsningar kan påverkas av luftflöde, sensorkontakt med ytan som mäts, yttyp, ytinkonsekvenser och mätområdets renhet.
2. Se till att den plana bottenytan av sondens spets bibehåller konstant och plan kontakt med ytan som mäts.
3. Applicera ett hårt tryck. Tillåt tillräckligt med tid för sonden att stabilisera sig.
4. Se till att arbetsytan är ren innan du gör mätningar.
5. Avläsningarna kan förbättras med en liten mängd matolja för att skapa bättre termisk kontakt med avkänningsområdet.
6. Ytemperaturerna kan variera längs varma ytor. Det rekommenderas att testa på flera platser.



Manufactured by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

